

Термометр медицинский цифровой AMDT10

Руководство по эксплуатации



Внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством перед началом использования цифрового термометра.

Термометр медицинский цифровой AMDT10 предназначен для измерения температуры тела человека.

Область применения - лечебно-профилактические учреждения здравоохранения и индивидуальное использование для самоконтроля.

Он отличается от классического стеклянного ртутного термометра: обладает высоким быстродействием и точностью, сохраняет в памяти результат предыдущего измерения, подает звуковой сигнал при включении, повышенной температуре и окончании измерения; не содержит ртути.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1314 от 20.12.2022

Регистрационный номер в реестре средств измерений №77475-20 от 10.02.2020



Описание термометра

Тип прибора:

Тип корпуса:

Память:

Индикация результатов:

Способы / время измерения:

Звуковая сигнализация:

Самодиагностика:

Энергосберегающий режим:

термометр медицинский максимальный
атравматический

результат последнего измерения

цифровой жидкокристаллический дисплей с увеличенными символами

орально (температура во рту) / до 2 мин.

ректально (в анальном отверстии) / до 2 мин.

аксиллярно (в подмышечной впадине) / до 5 мин.

при включении термометра

по окончании измерения

при температуре выше +37,8°C

при включении термометра

индикация ошибки при температуре ниже +32,0°C

индикация ошибки при температуре выше +42,9°C

частый звуковой сигнал при температуре выше +37,8°C

индикация разрядки источника питания

автоматическое отключение термометра через 11 минут
после окончания измерения

Технические характеристики

Диапазон измерения температуры, °C

Погрешность измерения температуры, °C

Шаг измерения температуры, °C

Число разрядов дисплея

Внутренний источник питания

Потребляемый ток, мА, не более,

Срок службы источника питания, ч

Размеры (ДхШхВ), мм, не более

Масса, г, не более

Длительность звукового сигнала

от +32,0 до +42,9

±0,1

0,1

3

элемент питания 1,5 В (LR41 и аналоги)

0,15

200

140 X 24 X 14

14

~ 1 секунда после включения

~ 10 секунд после окончания измерения

~ 10 секунд при температуре выше +37,8°C

Емкость памяти

Степень защиты от поражения электрическим током

Степень защиты от внешних воздействий

Соответствие нормативным документам

Версия ПО

Условия эксплуатации: температура, °C

относительная влажность, %,

Условия хранения и транспортирования:

относительная влажность, %,

Срок службы, лет

При соблюдении пользователем правил эксплуатации срок службы может быть значительно больше указанного.

Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию термометра по истечении указанного срока службы обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

Комплектность

термометр - 1 шт.; футляр - 1 шт.; руководство по эксплуатации - 1 шт.;

элемент питания -1 шт.; потребительская тара - 1 шт.

Процедура измерения температуры

1. Перед использованием термометра продезинфицируйте его салфеткой со спиртосодержащей жидкостью.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. После звукового сигнала на дисплее последовательно отобразятся:
188.8°C → результат предыдущего измерения → 37°C → Lo°C (при температуре в помещении выше +32°C символ Lo°C может не появиться). Мигающая часть °C символа Lo°C означает начало измерения температуры.
Приступайте к измерению согласно выбранного способа.
3. Способы измерения температуры.

Оральное измерение. Быстрое измерение температуры у взрослых.

- до 2 минут

- Удобно разместить наконечник термометра во рту, плотно прижав его языком.

Ректальное измерение. Рекомендуется для измерения температуры у маленьких детей. - до 2 минут

Дает наиболее точные результаты измерения температуры.

- Осторожно введите наконечник термометра на несколько миллиметров в анальное отверстие.

При ощущении сопротивления немедленно прекратите процедуру.

Аксиллярное измерение. Наименее точный способ измерения температуры.

- до 5 минут

- Разместите наконечник термометра в середине подмышечной впадины и плотно прижмите его рукой.

При подаче звукового сигнала не прерывайте измерение, продолжайте его еще 4 минуты.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПРИ ЭТОМ СПОСОБЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ ОКОНЧАНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

4. После завершения измерения подается звуковой сигнал, прекращается мигание символа °C, и на дисплее отображается результат измерения температуры. Результаты измерения, полученные вышеперечисленными способами, будут отличаться на 0,1÷0,5°C, так как температура в различных точках тела не одинакова.
5. Термометр после окончания измерения отключится автоматически.
Для увеличения срока службы источника питания выключите термометр, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
6. Термометр нестерилин и стерилизации не подлежит. После использования термометра протрите его салфеткой со спиртосодержащей жидкостью и поместите в футляр.

Меры предосторожности

1. Берегите термометр от ударов, падений, и без необходимости не вскрывайте его.
2. Не погружайте корпус термометра полностью в жидкость.
3. Не допускайте контакта термометра с горячей водой.
4. Не используйте растворители или абразивные вещества для чистки термометра.
5. Избегайте попадания на термометр прямых солнечных лучей.
6. Не пользуйтесь термометром вблизи сильных источников электромагнитного излучения – мониторов, телевизоров, мобильных телефонов, СВЧ печей. Это может привести к получению неточных результатов измерения.

Замена источника питания

1. Замените источник питания при появлении индикации разрядки источника питания, мерцании или самопроизвольном выключении дисплея.
2. Снимите крышку корпуса термометра, твердым предметом удалите разряженный источник питания.
3. Установите новый источник питания в соответствии с маркировкой, затем установите крышку корпуса на место.

Утилизация: источник питания утилизировать в соответствии с действующим законодательством, корпус утилизировать как пластмассовый отходами.



Производитель: «Амрус Энтэрпрайзис, Лтд.», США / Amrus Enterprises, Ltd.,
720 King Georges Post Road, Suite 305, Fords, New Jersey 08863-1974, USA.

Место производства: Joytech Healthcare Co., Ltd.,

№.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100, Zhejiang, China/Китай.

Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ЗАО фирма «Москва-Амрос»,
Россия, 115054, Москва, ул. Пятницкая, д.71/5, стр.4, этаж 1.

Сведения о поверке: результаты поверки представлены в Федеральном информационном фонде по обеспечению средств измерений на сайте www.fgis.gost.ru.

Электронная копия уведомления о поверке доступна на сайте www.mos-amros.ru в разделе «Сервис/Свидетельства о поверке». Термометр, предназначенный для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит периодической поверке с интервалом 2 года.

В иных случаях термометр может подвергаться поверке в добровольном порядке.

Дата производства (год и месяц) указана на термометре и потребительской таре рядом с символом

Срок гарантии 1 год

Дата продажи

Печать продавца

Сохраняйте документы, подтверждающие дату продажи.

Гарантия не распространяется на термометры, вышедшие из строя

по вине пользователя, на футляр, потребительскую тару и на элемент питания.

Адреса сервисных центров указаны на сайте www.mos-amros.ru в разделе «Сервисные центры».

При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте изделие по адресу:

Россия, 109028, Москва, ул. Яузская, д.1/15, стр.5, ЗАО фирма «Москва-Амрос».

Адреса для получения дополнительной информации: www.mos-amros.ru info@mos-amros.ru 8 800 250 01 06