

Акционерное общество «Медтехника»

RA.RU.311945

данное наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОВЕРКЕ № 0025 082100

Действительно до
«20» августа 2027 г.

Средство измерений Термометр медицинский цифровой AMDT16 номер в ФИФ ОЕИ: 77475-20

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 2501G000001 - 2501G054000

в составе _____

номер знака предыдущей поверки _____

поверено в полном объёме

наименование единицы величин, знаменное измерений, из которых поверено средство измерений

в соответствии с МПИ 207-040-2019 «Термометры медицинские цифровые AMDT10, AMDT11,

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнялась поверка

AMDT12, AMDT13, AMDT14, AMDT15, AMDT16, AMDT17. Методика поверки»

с применением эталонов: 049 - Термометр сопротивления платиновый вибропрочный ТСРВ-1, зав. №

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

955, ПГ ± (0,02+0,00005·t) °C

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха: 20,3 °C;

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на дату поверки, с указанием их значений

атмосферное давление: 100,9 кПа; относительная влажность: 78,4 %; частота питающей сети: 50,1 Гц

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к

необходимо зачеркнуть

применению.

Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица



**Жигульский Андрей
Александрович**

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«21» августа 2025 г.

Результаты поверки средств измерений поверяемых в данном документе в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ), путем размещения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в сроки не более 40 рабочих дней с момента проведения поверки информации о результатах поверки средств измерений. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений является информационной системой общего пользования, находящейся в открытом доступе в сети Интернет по адресу <http://fundmetrology.ru/>.

Собственник (заказчик): ЗАО ФИРМА «МОСКВА-АМРОС»



1-458541

www.mt-vlg.ru
info@mt-vlg.ru



АО «Медтехника»
тел. (8442) 41-01-24, факс (8442) 46-95-89
Отделение № 8621 Сбербанка России
р/с 40702810611000080193
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
ИНН 3446018755, КПП 344601001

АО «Медтехника»

8-800-600-01-79

400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А

Исх.№ 137 от «21» августа 2025 года

Генеральному директору
ЗАО фирма Москва-Амрос»
Капанович Гари Б.

Информационное письмо!

На основании заключенного договора № 831/6 от 18.04.2019 года ОАО «Медтехника» провела первичную поверку «Термометров медицинских цифровых АМДТ16» регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 77475-20, серийные номера от 2501G000001 до 2501G054000 методика поверки «МП 207-040-2019 «Термометры медицинские цифровые АМДТ10, АМДТ11, АМДТ12, АМДТ13, АМДТ14, АМДТ15, АМДТ16, АМДТ17. Методика поверки».

Результаты поверки переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Главный метролог
АО «Медтехника»



Жигульский А.А.