

# Акционерное общество «Медтехника»

RA.RU.311945

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОВЕРКЕ № 0025 070900

Действительно до  
«08» июля 2027 г.

Средство измерений Термометр медицинский инфракрасный АМПТ-140 номер в ФИФ ОЕИ: 83574-21  
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа  
заводской (серийный) номер 2506T00001 - 2506T06000

в составе \_\_\_\_\_

номер знака предыдущей поверки \_\_\_\_\_

поверено в полном объёме  
наименование единиц величин, диапазонов измерений, из которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные.  
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена Поверка

Методика поверки»

с применением эталонов: 504 - Источник излучения в виде модели черного тела CS500-N, зав.№1213  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха: 21,3 °С;  
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

атмосферное давление: 101,2 кПа; относительная влажность: 58,6 %

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к  
пену жное зачеркнуть  
применению.

Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица



Жигульский Андрей Александрович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«09» июля 2025 г.

Результаты поверки средств измерений поверяющего в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ), путем размещения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в сроки не более 40 рабочих дней с момента проведения поверки. Информации о результатах поверки средств измерений, Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений является информационной системой общего пользования, находящейся в открытом доступе в сети Интернет по адресу <http://fundmetrology.ru/>.

Собственник (заказчик): **ЗАО ФИРМА «МОСКВА-АМРОС»**



1-435133

АО «Медтехника»

Тел. 8-8442-41-28-55

г. Волгоград, ул. Революционная, д. 57а

mt-vlg.ru

www.mt-vlg.ru  
info@mt-vlg.ru



АО «Медтехника»  
тел. (8442) 41-01-24, факс (8442) 46-95-89  
Отделение № 8621 Сбербанка России  
р/с 40702810611000080193  
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647  
ИНН 3446018755, КПП 344601001

АО «Медтехника»

8-800-600-01-79

400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А

Исх.№ 95 от «09» июля 2025 года

Генеральному директору  
ЗАО фирма Москва-Амрос»  
Капланович Гари Б.

Информационное письмо!

На основании заключенного договора № 831/6 от 18.04.2019 года ОАО «Медтехника» провела первичную поверку «Термометров медицинских инфракрасных AMRUS» регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 83574-21, серийные номера АМТ-140 от 2506Т00001 до 2506Т06000, методика поверки МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки».

Результаты поверки переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Главный метролог  
АО «Медтехника»



Жигульский А.А.