

# Открытое акционерное общество «Медтехника»

RA.RU.311945

Наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОВЕРКЕ № 0024 111554

Действительно до  
«14» ноября 2026 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления механический МТ-10 номер в  
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

ФИФ ОЕИ: 67243-17

заводской (серийный) номер 2401B00001 - 2401B11340

в составе \_\_\_\_\_

номер знака предыдущей поверки \_\_\_\_\_

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 ГСО ЕИ, Измерители артериального давления неинвазивные.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методика поверки \_\_\_\_\_

с применением эталонов: 071 - Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применённых при поверке

УПКД-3, № 000433

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха: 19,9 °С;

перечень влияющих факторов, нормированных в документе по методу поверки, с указанием их значений

атмосферное давление: 100,6 кПа; относительная влажность: 59,7 %

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к

всуждено зачеркнуть

применению.

Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица



Жигульский Андрей  
Александрович


фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«15» ноября 2024 г.

Результаты поверки средств измерений поверяемого лица в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ), путем размещения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в сроки не более 40 рабочих дней с момента проведения поверки, информации о результатах поверки средств измерений, Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений является информационной системой общего пользования, позволяющей в открытом доступе в сети Интернет по адресу <http://fundmetrology.ru/>.

Собственник (заказчик): ЗАО ФИРМА «МОСКВА-АМРОС»



1-334790

# Открытое акционерное общество

## «Медтехника»

400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57а ИНН 3446018755  
КПП 344601001, Отделение № 8621 Сбербанк России кор.счет 30101810100000000647  
расч. счет 40702810611000080193 БИК 041806647  
тел. 8 (8442)41-01-24, бух.41-02-40 факс 46-95-89 e-mail: [medtehnika57a@mail.ru](mailto:medtehnika57a@mail.ru)

Исх.№ 271 от «15» ноября 2024 год

Генеральному директору  
ЗАО фирма Москва-Амрос»  
Капанович Гари Б.

### Информационное письмо!

На основании заключенного договора № 831/6 от 18.04.2019 года ОАО «Медтехника» провела первичную поверку «Приборов для измерения артериального давления механические МТ-10. МТ-20» регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 67243-17, серийные номера МТ-10 от 2401В00001 до 2401В11340. МТ-20 от 2407С00001 до 2407С28000 в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

Результаты поверки переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Главный метролог  
ОАО «Медтехника»



Жигульский А.А.