

Открытое акционерное общество «Медтехника»

RA.RU.311945

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОВЕРКЕ № ИЖ23 121800

Действительно до
«17» декабря 2025 г.

Средство измерений Термометры медицинские безртутные AMRUS TVY-130 номер в ФИФ ОЕИ:

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

84643-22

заводской (серийный) номер лот 2301 (316 000 шт.)

в составе _____

номер знака предыдущей поверки _____

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых Поверено средство измерений

в соответствии с МП 001-2021

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 049 - Термометр сопротивления платиновый вибропрочный ТСПВ-1, зав.

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

№ 955, ПГ ± (0,02+0,00005·t) °С

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха: 18,7 °С;

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

атмосферное давление: 101,2 кПа; относительная влажность: 66,3 %

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к

необязательно зачеркнуть

применению.

Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица



**Жигульский Андрей
Александрович**

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«18» декабря 2023 г.

Результаты поверки средств измерений подтверждаются в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ), путем размещения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в сроки не более 40 рабочих дней с момента проведения поверки. Информации о результатах поверки средства измерения, Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений является информационной системой общего пользования, находящейся в открытом доступе в сети Интернет по адресу <http://fundmetrology.ru/>.

Собственник (заказчик): **ЗАО ФИРМА «МОСКВА-АМРОС»**



1-300055

ОАО «Медтехника»

Тел. 8-8442-41-28-55

г. Волгоград, ул. Революционная, д. 57а

mt-vlg.ru

Открытое акционерное общество «Медтехника»

400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57а ИНН 3446018755
КПП 344601001, Отделение № 8621 Сбербанк России кор. счет 30101810100000000647
расч. счет 40702810611000080193 БИК 041806647
тел. 8 (8442)41-01-24, бух.41-02-40 факс 46-95-89 e-mail: medtehnika57a@mail.ru

Исх. № 154 от «18» декабря 2023 года.

Генеральному директору
ЗАО фирма Москва-Амрос»
Капланович Гари Б.

Информационное письмо!

На основании заключенного договора № 831/6 от 18.04.2019 года ОАО «Медтехника» провела первичную поверку «Термометров медицинских безртутных AMRUS TVY-130» регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 84643-22, AMRUS TVY-130 серийные номера лот 2301 (316 000 шт.) и в соответствии с МП 001-2021.

Результаты поверки переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Главный метролог
ОАО «Медтехника»



Жигульский А.А.