

# Акционерное общество «Медтехника»

RA.RU.311945

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОВЕРКЕ № БЫ26 082701

Действительно до  
«26» августа 2028 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса  
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

автоматический МТ мод. МТ-30 номер в ФИФ ОЕИ: 77656-20

заводской (серийный) номер 2607K00001 - 2607K05040

в составе \_\_\_\_\_

номер знака предыдущей поверки \_\_\_\_\_

поверено в полном объёме  
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018  
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

УПКД-3, № 000433, Секундомер СОСпр-26-2-000, №4905, Прибор комбинированный Testo-622, № 39527169/0321

при следующих значениях влияющих факторов: относительная влажность: 57,3 %; атмосферное  
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

давление: 102,4 кПа; температура окружающего воздуха: 21,3 °С

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к  
ненужное зачеркнуть  
применению.

Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица



подпись

Жигульский Андрей  
Александрович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«27» августа 2026 г.

Результаты поверки средств измерений подтверждаются в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ), путем размещения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в сроки не более 40 рабочих дней с момента проведения поверки, информации о результатах поверки средства измерения. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений является информационной системой общего пользования, находящейся в открытом доступе в сети Интернет по адресу <http://fundmetrology.ru/>.

Собственник (заказчик): **ЗАО ФИРМА «МОСКВА-АМРОС»**



1-1204153

www.mt-vlg.ru  
info@mt-vlg.ru



**АО «Медтехника»**  
тел. (8442) 41-01-24, факс (8442) 46-95-89  
Отделение № 8621 Сбербанка России  
р/с 40702810611000080193  
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647  
ИНН 3446018755, КПП 344601001

**АО «Медтехника»**

**8-800-600-01-79**

**400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А**

Исх.№ 057 от «27» августа 2026 года

Генеральному директору  
ЗАО фирма Москва-Амрос»  
Капланович Гари Б.

**Информационное письмо!**

На основании заключенного договора № 831/6 от 18.04.2019 года АО «Медтехника» провела первичную поверку «Приборов для измерения артериального давления и частоты пульса автоматические МТ-30» регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 77656-20, серийные номера МТ-30 от 2607K00001 до 2607K05040 в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты поверки переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Главный метролог  
АО «Медтехника»



Жигульский А.А.